

	5ml离心管	产品货号	MCT-500-GC
检验项目	检验标准		检验结果
外观	产品透明，表面光滑，无毛边、无杂物、污渍、无破损及开裂。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
灭菌测试	121° 高温高压灭菌后，无弯曲变形、无开裂、无漏液现象。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
离心率	经高速离心 8000 转后，离心管应无破损、无开盖、无断盖及漏液现象。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
漏液	管盖密封性好，无漏液现象。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
匹配	便于单手操作开盖，且管身与盖子的连接处韧性好，不易断裂。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
检验员	施卫兵	检验方式	按生产比例抽检
生产日期	2025/1/11	生产批号	202501

