

Certificate of analysis

品名	透析袋MD77MM(14000)	规格	5米/卷
货号	MD7713	批次	OK20250718E
生产日期	2025/07/08	复测日期	2027/07/17

执行标准:企业标准

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD	实测结果 RESULTS
外观 Appearance	洁净, 无污染, 无破损, 无异物 Clean, pollution-free, undamaged, and free of foreign objects	通过 Pass
膜材质 Membrane material	再生纤维素 regenerated cellulose	通过 Pass
扁平宽度 Flat width	77mm	通过 Pass
厚度 thickness	35 μ m	通过 Pass
重金属含量 heavy metal content	\leq 50ppm	通过 Pass

注: 此产品仅限用于科研, 禁止直接用于临床, 如有失误, 后果自负

QA: 杜冰冰

QC: 谢辉

