

检验报告

Certification of Analysis

产品名称	豚蛋白胨	产品货号	P1194D	生产日期	2025.08
检验部门	北京博奥拓达科技有限公司			检验日期	2025.08
批号	2025P082601			数量	6T
检验标准	企业标准 Q/HDHRB0007-2018			保质期	三年
检验项目	项目名称	技术标准		检验结果	项目结论
理论化验	外观	微黄色粉末		符合	合格
	PH 值	5.0-7.5		6.92	合格
	总氮	≥12.0%		12.53%	合格
	氨基氮	1.5-4.5%		3.26%	合格
	干燥失重	≤6%		5.60%	合格
	炽灼残渣	≤9%		9.00%	合格
微生物检验	色素生成实验	金黄色葡萄球菌:阳性(黄色色素)		阳性	合格
		铜绿假单胞杆菌:阳性(绿色色素)		阳性	合格
	靛基质试验	大肠杆菌:阳性(玫瑰红色)		阳性	合格
		伤寒沙门氏菌:阴性		阴性	合格
	硫化氢试验	伤寒沙门氏菌:阳性(H ₂ S)		阳性	合格
		志加氏痢疾杆菌:阴性		阴性	合格
	灵敏度试验	大肠杆菌、灵敏度为 10 ⁻⁶		10 ⁻⁶	合格
		乙型溶血性链球菌、灵敏度为 10 ⁻⁶		10 ⁻⁶	合格
		革兰氏阳性杆菌、灵敏度为 10 ⁻⁴		10 ⁻⁴	合格
检验结论	本品参照企业标准检验项目,符合技术标准检验结果为合格品				

检验员: 罗丹

复核审核员: 宋娟

主管人: 蒲晓英

