

# 产品检验报告

## Product Test Report

发送日期:202301

培养基名称	S2003D-SS 琼脂	规格	BR 生物试剂				
检验部门	北京博奥拓达	包装规格	250 克/瓶				
检验部门	博奥拓达化验室	有效期至	2025.12				
生产批号	202301	验讫数量	500 瓶				
生产日期	2023.01	计数培养基批号	2023.01				
检验要求	感官、理化及细菌学指标						
检验依据: 参照中国药典标准							
检验项目	标准规定	检验结果	结论				
一、感官指标							
色泽	淡粉红色	淡粉红色	合格				
气味	微苦	微苦	合格				
形态	粉末状	粉末状	合格				
二、理化指标							
干燥失重	≤6.0%	4.43%	合格				
凝胶强度	≥280g/cm <sup>2</sup>	292g/cm <sup>2</sup>	合格				
pH 值	7.4±0.1	7.24	合格				
三、细菌学指标							
菌株	接种量	菌落特征	菌落平均数	菌落回收率	结论		
		标准规定	结果	测试培养基	计数培养基	(50%~200%)	
大肠埃希菌 CMCC(B)44102	10~100 cfu	桃红色菌落	桃红色菌落	86	92	93%	合格
福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572	10~100 cfu	无色半透明 菌落	无色半透明 菌落	81	89	91%	合格
乙型副伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50094	10~100 cfu	菌落有黑心	菌落有黑心	83	93	89%	合格
金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	10~1000 cfu	抑制	抑制	-	-	-	合格
检验结论	按质量标检验: 结果符合规定。						

检验员:刘梅

复核员:刘兵

时间: 2023 年 01 月