

## 检验报告 Certification of Analysis

产品名称：猪血清  
批号：2025Z090301  
报告日期：2025/09  
有效期：5年

项目	检验方法	血清标准	检验结果
无菌检验	培养法	阴性	阴性
PH	酸度计法	7.3-8.0	8.11
支原体	培养法	阴性	阴性
总蛋白	双缩脲法	40-80g/L	61.62g/L
血红蛋白	紫外分光光度法	≤500mg/L	104.98mg/L
备注	1. 本品经进口优质微孔滤芯 0.1 μm 除菌过滤，在-15℃至-25℃条件下保存。 2. 本产品最好采用逐步解冻法，解冻过程中可随时轻摇，使温度和血清成份均匀。 3. 本批产品 50 万毫升。		



检验者:刘奇

审核者: 贾京潭